

**UNITA' PROCUREMENT,
LEGAL & COMPLIANCE**
Resp. Isidoro Fucci

Oggetto: chiarimento n.17 procedura di gara aperta avente ad oggetto "l'Accordo Quadro per il servizio di monitoraggio delle emissioni in atmosfera convogliate e diffuse presso gli impianti gestiti da AdF"
Tender 3527 – RDO 5372 - CIG: B30D681627.

A seguito di una richiesta chiarimento di seguito posta da un operatore economico in data 16.10.2024 questa SA chiarisce:

QUESITO N. 17

Il campionamento dei punti di emissione convogliata per il parametro COT devono essere effettuati contemporaneamente a monte e a valle dei sistemi di abbattimento?

RISPOSTA AL QUESITO N. 17

Sì, vanno fatti contemporaneamente.

Cordiali saluti,

**f.to Il Resp. Unità Procurement, Legal &
Compliance
(Isidoro Fucci)**

"Lavoriamo per il benessere della comunità e del territorio"